

Утверждаю  
Генеральный директор ЗАО «СГК»  
К.И.Сергеев  
2022 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ОТ «11» апреля 2022 г.**

На выполнение работ: Приобретение высокоскоростного миксера для тампонажных растворов.

Объект: ОКК ПССС.

**Технические характеристики:**

- соответствие требованиям ГОСТ 34532-2019 и API 10a,
- объём чаши – 1-2 л.
- нижний привод,
- возможность произвольной (ручной) регулировки частоты вращения вала до 16 000 об/мин,
- наличие стандартных скоростей в автоматическом режиме: 4000 и 12000 об/мин,
- наличие интерфейса ПК.

**Дополнительные требования:**

- наличие документации на русском языке — паспорт, инструкция по эксплуатации, ПО для ПК.
- доставка до предприятия Заказчика.

Начальник ОКК



В.Г. Цыганов