

УТВЕРЖДАЮ  
ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ  
МАРКЕТИНГУ И РАЗВИТИЮ  
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»

НИКУЛИН А.В.

«    »    2023

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
На приобретение Вискозиметра Брукфильда

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9 А
2.	Основные технические характеристики	Вискозиметр Брукфильда: 1. Диапазон значений вязкости, мПа*с - от 100 до 13000000; 2. Скорость, об/мин - от 0,3 до 100; 3. Количество скоростей, шт – не менее 18; 4. Точность диапазона, % - $\pm 1,0$ ; 5. Воспроизводимость, % - $\pm 0,2$ ; 6. Не менее 6 измерительных шпинделей (№2 - №7); 7. Штатив – 1 шт;
3.	Функциональные возможности	1. Выбор скорости вращения. 2. Отображение данных на дисплее с указанием вязкости % вращающего момента. 3. Выбор шпинделя. 4. Показывает максимальную вязкость (100% момента), которую можно измерить выбранным шпинделем при текущей скорости вращения. 5. Не требуется вычислений – показания вязкости непосредственно в мПа·с.
4.	Количество к закупке	Вискозиметр Брукфильда – 1 шт;
5.	Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг)	Товарно-транспортная накладная, паспорт оборудования, сертификат качества, свидетельство о поверке.

Составил:

Руководитель ЦИиР



Бурдаев А.Ю.