

УТВЕРЖДАЮ  
ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ  
МАРКЕТИНГУ И РАЗВИТИЮ  
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»  
НИКУЛИН А.В.  
«    »    2021


## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение Копера для испытания полов на стойкость к ударным воздействиям

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9 А
2.	Основные технические характеристики	Копер для испытания полов на стойкость к ударным воздействиям: 1. Высота сброса груза $1000 \pm 5$ мм 2. Набор гирь (масса) 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 7; 10; 15; 20 кг 3. Допустимое отклонение по массе $\pm 5$ г 4. Диаметр бойка $30 \pm 0,5$ мм
3.	Функциональные возможности	Копер предназначен для испытания на стойкость к ударным воздействиям полов по методу испытаний ГОСТ 30353
4.	Количество к закупке	Копер для испытания полов на стойкость к ударным воздействиям – 1 шт;
5.	Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг)	Товарно-транспортная накладная, паспорт оборудования, сертификат качества, свидетельство о поверке.

Составил:

Руководитель ЦИиР



Бурдаев А.Ю.