



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ОТ «15» марта 2016г.

На поставку лабораторного прибора: Жёлоб для измерения усадки раствора TESTING 1.0285

Состав поставки:

1	Жёлоб из нержавеющей стали / длина 1000мм
2	Основные плиты
3	Измерительный инструмент, точность 0,01mm. Набор для подсоединения цифрового измерительного прибора на ПК. Включает USB разъем "Digimatic", кабель 2 м длиной, ПО., 1.0285.03
4	Подвижной поршень с зацеплением и измерительной штангой
5	Концевое зацепление
6	Продолжение измерительной штанги
7a	Винт с накатанной головкой для крепления измер. инструмента
7 b	Винт с накатанной головкой для крепления поршня
7 c	Винт с накатанной головкой для крепления концевого зацепления
8	Ход поршня





Сроки изготовления, поставки: согласно КП.

Назначение:

Прибор измеряет величину линейной усадки и удлинения строительных материалов во время схватывания.

Составил:

Начальник ИЛ

16.03.16

Кондрахин В.Г.

Согласовано:

ИО Директора по ТиК

Кожевникова В.И.