

УТВЕРЖДАЮ  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»  
СЕРГЕЕВ К.И.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 Г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение лабораторного оборудования для тестирования тампонажных смесей ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат».


| № п/п | Перечень основных данных и требований             | Основные данные и требования  |
|-------|---|---|
| 1.    | Основание для производства работ                  | Подбор рецептуры и контроль качества тампонажных смесей ЗАО «СГК».  |
| 2.    | Место производства работ                          | На территории ЗАО «СГК». Помещение исследовательской лаборатории.   |
| 3.    | Заказчик  | ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А.  |
| 4.    | Подрядная организация                             | На конкурсной основе.   |
| 5.    | Сроки начала и окончания работ                    | С момента заключения Договора 45-60 рабочих дней.   |
| 6.    | Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг) | Товарно-транспортная накладная  |
| 7.    | Перечень оборудования                             | <ol style="list-style-type: none"><li><b>Мешалка постоянной скорости</b> для приготовления тампонажного раствора в соответствии с Стандартами API и ГОСТ 26798.1-96. Объем мерной кружки - 1 литр.</li><li><b>Металлические рычажные весы</b> для определения плотности тампонажного раствора при атмосферных условиях. Диапазон измерений - 1,2- 2,0 г/см<sup>3</sup>.</li><li><b>Конус растекаемости</b> Кр-1 по ГОСТ 26798.1-96.</li><li><b>Консисометр атмосферный</b> с возможностью передачи показаний на ПК. Модель ZM-1002 или его аналог.</li><li><b>Цифровой вискозиметр</b> с возможностью передачи показаний на ПК.</li></ol> |
| 8.    | Особые условия                                    | В предложениях указать стоимость обучения специалистов ЗАО «СГК» работе на данных приборах и стоимость комплектов запасных частей на 1 год эксплуатации данных приборов.  |

Разработал:

Технический специалист ОПОР

Согласовано:

Управляющий продажами



Медведев Ю.В.

Самойлович А.В.