

«Утверждаю»
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
К.И. Сергеев.
2022 г.

Техническое задание
на поставку Газоанализатора ГАНК-4 (АР) переносной в комплекте

№ п/п	Перечень основных данных и требований.	Основные данные и требования.
1.	Заказчик.	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А.
2.	Основание для производства работ.	Предназначен для автоматического измерения массовых концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, промышленных выбросах в рамках проведения производственного экологического контроля, мониторинга окружающей среды, контроля параметров производственной среды.
3.	Место поставки	443052, г. Самара, ул. Береговая, 9А
4.	Поставщик.	На конкурсной основе.
5.	Срок поставки	до 31.07. 2022 года
6.	Условия изготовления и поставки	Изготовление и комплектация силами поставщика. Доставка на территорию Заказчика силами Поставщика.
7.	Тип оборудования	Газоанализатор ГАНК-4 (АР) в составе: - фильтр пылевой ФП-1; - фильтр сорбционным ФС-1, - сумка-кофр; - вещества на встроенных датчиках: метилэтилкетон, керосин, метан, углерод оксид, бутанол, ксилол, масло минеральное, метанол; - вещества на сменных химкассетах: сероводород, углерода диоксид, азотная кислота, моноэтаноламин, гидроксibenзол (фенол), пыль абразивная, пыль (20%>SiO2>10%), пыль (70%>SiO2>20%), пыль древесная, ангидрид сернистый, марганец и соединения, железо и соединения, алюминий и соединения; - методики измерений массовой концентрации загрязняющих веществ (ФР.1.31.2016.22667, ФР.1.31.2021.40728, ФР.1.31.2011.11325); - устройство пробоподготовки УП 1/1, - зонд отбора проб высокотемпературный до 1000°С. Предназначен для автоматического измерения массовых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, промышленных выбросах в атмосферу.
8.	Дополнительные условия	1. Газоанализатор ГАНК в составе: <ul style="list-style-type: none">• газоанализатор;• фильтр пылевой ФП-1,• фильтр сорбционный ФС-1,• сумка-кофр,

		<ul style="list-style-type: none"> • вещества на встроенных датчиках, • вещества на сменных химкассетах, • устройство пробоподготовки УП 1/1 (для охлаждения и осушения пробы), • зонд отбора проб высокотемпературный <ol style="list-style-type: none"> 2. Паспорт на газоанализатор ГАНК; 3. Руководство по эксплуатации газоанализатора ГАНК 4. Методика поверки газоанализатора ГАНК 5. Свидетельство о первичной поверке или запись в паспорте о проведении первичной поверки; 6. Протокол поверки 7. Протокол градуировки 8. Паспорта и техническая документация на дополнительное оборудование: фильтр пылевой ФП-1, фильтр сорбционный ФС-1, сумка-кофр, устройство пробоподготовки УП 1/1, зонд отбора проб высокотемпературный 9. Методики выполнения измерений ФР.1.31.2016.22667 ФР.1.31.2021.40728 ФР.1.31.2011.11325 10. УПД, акт приема-передачи
9.	Требования к Поставщику	11. Официальный дистрибьютор или дилер ООО НПО «ПРИБОР «ГАНК»

Технический директор карьера

Аистов И.В.

Одобрено:

Зам. операционного директора

Хвостов О.В.