

УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
МАРКЕТИНГУ И РАЗВИТИЮ
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»
НИКУЛИН А.В.
« ____ » _____ 2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение аналитических весов I-ого класса точности

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9 А
2.	Основные технические характеристики	Аналитические весы I-ого класса точности: 1. Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 - I Специальный; 2. Дискретность - 0,0001 г; 3. Максимальный вес – 320 г; 4. Размер (диаметр) весовой чаши - 80 мм; 5. Потребляемая мощность не более 8,0 В*А; 6. Питание от сети переменного тока через АС-адаптер с номинальным значением выходного напряжения 12 В (напряжение / частота) – (230 ± 23В / 50 ± 1 Гц); 7. Масса весов не более – 7,6 кг; 8. Габаритные размеры весов (ДхШхВ) - 356х220х338 мм.
3.	Функциональные возможности	1. Калибровка – внутренняя (самокалибровка); 2. Наименьший предел взвешивания – 0,01 г; 3. Юстировочная гиря – встроенная; 4. Время установления показаний: - быстрый режим не более 3 с; - стандартный режим не более 6 с.
4.	Количество к закупке	Аналитические весы I-ого класса точности – 1 шт.
5.	Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг)	Товарно-транспортная накладная, паспорт оборудования, свидетельство о поверке.

Составил:

Руководитель ЦИиР



Бурдаев А.Ю.