

УТВЕРЖДАЮ
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 АО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ
 КОМБИНАТ»
 _____ Сергеев К.И.
 «___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по техническому обслуживанию (ТО), поверке и настройке
 метрологических характеристик прессов электрогидравлических испытательных для
 тестирования сухих строительных смесей.

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Рекомендации завода изготовителя (официального представителя завода) по периодичности ТО и обязательная ежегодная поверка прессов электрогидравлических испытательных
2	Место производства работ	Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая, д. 9, АО «Самарский гипсовый комбинат», помещение лаборатории ЦИИР и помещение лаборатории ОКК на ПССС
3	Заказчик	АО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель	На конкурсной основе
5	Сроки выполнения работ	1-2 рабочих дня
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ. Проведение аттестации (поверки) вышеуказанных приборов с выдачей соответствующих свидетельств (сертификатов) сроком на 1 год
7	Наименование работ	7.1 Проведение ежегодного ТО прессов электрогидравлических испытательных: ➤ Пресс электрогидравлический испытательный ПИ-10/300-III-A-Д-1-4 зав. №230248MT, инв. №4353 7.2 Настройка метрологических характеристик прессов электрогидравлических испытательных: ➤ Пресс электрогидравлический испытательный ПИ-10/300-III-A-Д-1-4 зав. №230248MT, инв. №4353 ➤ Пресс электрогидравлический ПИ-100-I-A-Д-1-2, зав. №240631MT, инв. №4425 7.3 Поверка прессов электрогидравлических испытательных: ➤ Пресс электрогидравлический испытательный ПИ-10/300-III-A-Д-1-4 зав. №230248MT, инв. №4353 ➤ Пресс электрогидравлический ПИ-100-I-A-Д-1-2, зав. №240631MT, инв. №4425
8	Техническое задание к выполнению работ	8.1 Протяжка колонн 8.2 Замена гидравлического масла (стоимость масла входит в стоимость работы) 8.3 Ревизия/замена уплотнителей, манжет 8.4 Проверка герметичности 8.5 Проверка работы гидронасоса 8.6 Проверка/очистка, смазка направляющих 8.7 Проверка давления в гидросистеме 8.8 Проверка/замена фильтров 8.9 Диагностика блокировочных/аварийных систем 8.10 Протяжка соединений 8.11 Диагностика электрической части 8.12 Калибровка клапана 8.13 Регулировка/настройка/отладка PID регуляторов 8.14 Диагностика автоматики/следающих систем 8.15 Настройка/программирование автоматически

9	Особые условия	9.1 Заказчик обеспечивает доступ специалиста Исполнителя к приборам 9.2 Исполнитель по факту проведения ТО и аттестации приборов выдает протоколы периодической аттестации и сертификаты калибровки
---	----------------	---

Составил:

Руководитель ЦИиР

Начальник ОКК



Бурдаев А.Ю.

Цыганов В.Г.