

УТВЕРЖДАЮ  
ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ  
МАРКЕТИНГУ И РАЗВИТИЮ  
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»  
НИКУЛИН А.В.  
«27» апреля 2021


## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение Мельницы лабораторной с частотным регулятором  
(пультом управления),  
Размольного барабана из нержавеющей стали,  
Мелющих тел из нержавеющей стали

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9 А
2.	Основные технические характеристики	1. Число оборотов лабораторной мельницы регулируется при помощи частотного регулятора 2. Установленная мощность двигателя не менее 0,55 кВт 3. Напряжение 220 В 4. Регулируемая скорость вращения барабана от 0 до 300об/мин 5. Наименьшая фракция после помола 7,0 микрон 6. Количество барабанов устанавливаемых на мельницу 1 шт 7. Емкость барабана из нержавеющей стали не менее 16 литров 8. Материал барабана нержавеющая сталь 9. Мелющие тела из нержавеющей стали
3.	Функциональные возможности	Тонкий сухой или мокрый помол проб материала твердостью до 7 ед. по шкале Мооса
4.	Количество к закупке	Мельница лабораторная с частотным регулятором (пультом управления) - 1 шт.; Размольный барабан – 1 шт; Мелющие тела – 10 кг
5.	Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг)	Товарно-транспортная накладная, паспорт оборудования, сертификат качества, свидетельство о поверке.

Составил:

Руководитель ЦИиР



Бурдаев А.Ю.