

**УТВЕРЖДАЮ**  
**ДИРЕКТОР ДСМИР**  
**ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ**  
**КОМБИНАТ»**  
**Никулин А.В.**  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по техническому обслуживанию (ТО) и аттестации приборов OFITE для тестирования и разработки тампонажных смесей.

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Рекомендации завода изготовителя (официального представителя завода) по периодичности ТО и аттестации приборов OFITE
2	Место производства работ	Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая, д. 9, ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», помещение лаборатории ЦИиР
3	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель	На конкурсной основе
5	Сроки выполнения работ	2 рабочих дня
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ. Проведение аттестации (поверки) вышеуказанных приборов с выдачей соответствующих свидетельств (сертификатов) сроком на 1 год
7	Наименование работ	7.1 Проведение ежегодного ТО лабораторных приборов OFITE: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Термобарический консистометр OFITE Модель 2025, Зав. № СИ 00004227</li> <li>➤ Ультразвуковой анализатор цемента OFITE (№120-50), инв. № 000004288</li> <li>➤ Мешалка постоянной скорости OFITE Модель 20 на 1 литр (№120-60-1), инв. № 000004105</li> </ul> 7.2 Поставка запасных частей: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Масло минеральное, 1 галлон (№ 122-001) – 1 шт</li> <li>➤ Лезвие для миксера (№ 122-200), (OFITE, США) – 3 шт</li> <li>➤ Кольцо (№ 123-011), (OFITE, США) – 1 шт</li> </ul>
8	Техническое задание к выполнению работ	8.1 Проведение ТО: визуальный осмотр, чистка и промывка основных узлов и агрегатов, проверка корректности работы приборов, замена фильтрующих элементов и технологической жидкости (по необходимости) 8.2 Проведение аттестационных работ: калибровка потенциометра термобарического консистометра и ячейки УАЦ, определение корректности частоты вращения смесительного узла мешалки постоянной скорости
9	Особые условия	9.1 Заказчик предоставляет основные запасные части для проведения ТО лабораторных приборов OFITE 9.2 Заказчик обеспечивает доступ специалиста Исполнителя к приборам 9.3 Исполнитель по факту проведения ТО и аттестации приборов выдает протоколы периодической аттестации и сертификаты калибровки

Составил:

Руководитель ЦИиР

Руководитель ЦТПП

Бурдаев А.Ю.

Медведев Ю.В.