

УТВЕРЖДАЮ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ
КОМБИНАТ»
Сергеев К.И.
«___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по техническому обслуживанию (ТО) и аттестации приборов OFITE и TG-71 для тестирования и разработки тампонажных смесей.

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Рекомендации завода изготовителя (официального представителя завода) по периодичности ТО и аттестации приборов OFITE и TG-71
2	Место производства работ	Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая, д. 9, АО «Самарский гипсовый комбинат», помещение лаборатории ЦИиР
3	Заказчик	АО «Самарский гипсовый комбинат»
4	Исполнитель	На конкурсной основе
5	Сроки выполнения работ	2 рабочих дня
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ. Проведение аттестации (поверки) вышеуказанных приборов с выдачей соответствующих свидетельств (сертификатов) сроком на 1 год
7	Наименование работ	7.1 Проведение ежегодного ТО лабораторных приборов: ➤ Термобарический консистометр OFITE Модель 2025, инв. № 00008330 ➤ Ультразвуковой анализатор цемента OFITE (№120-50), инв. № 000004288 ➤ Мешалка постоянной скорости OFITE Модель 20 на 1 литр (№120-60-1), инв. № 000004105 ➤ Прибор для определения водоотдачи TG-71, инв. № 080-0236 7.2 Поставка запасных частей: ➤ Лезвие для миксера (№ 122-200), (OFITE, США) – 3 шт
8	Техническое задание к выполнению работ	8.1 Проведение ТО: визуальный осмотр, чистка и промывка основных узлов и агрегатов, проверка корректности работы приборов, замена фильтрующих элементов и технологической жидкости (по необходимости) 8.2 Проведение аттестационных работ: калибровка потенциометра термобарического консистометра и ячейки УАЦ, определение корректности частоты вращения смесительного узла мешалки постоянной скорости, проверка отклонения температуры и давления от заданной величины прибора TG-71
9	Особые условия	9.1 Заказчик предоставляет основные запасные части для проведения ТО лабораторных приборов OFITE и TG-71 9.2 Заказчик обеспечивает доступ специалиста Исполнителя к приборам 9.3 Исполнитель по факту проведения ТО и аттестации приборов выдает протоколы периодической аттестации и сертификаты калибровки

Составил:

Руководитель ЦИиР

Бурдаев А.Ю.