

УТВЕРЖДАЮ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ
КОМБИНАТ»
Сergeev K.I.
« » 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение многофункционального тестера прочности на разрыв (адгезиметра
отрывного типа)

№	Перечень	Основные данные и требования
1	Заказчик	АО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9 А
2	Исполнитель	На конкурсной основе
3	Основные технические характеристики	Многофункциональный тестер прочности на разрыв: 1. Диапазон установки скорости нарастания нагрузки, Н/с – регулируемый, с возможностью установки 250 ± 50; 2. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений силы, % - $\pm 2,0$; 3. Уровень максимальной нагрузки, кН – 10,0; 4. Диапазон измерения с точностью, % - $\pm 1,0$; 5. Диапазон размеров плит, мм – 400*400, 300*300, 400*200; 6. Максимальная толщина плиты, мм – 70, не менее 40;
4	Функциональные возможности	1. Выбор скорости нарастания нагрузки. 2. Отображение данных на дисплее с указанием значения силы в МПа. 3. Сохранение результатов измерений. 4. Регулируемый размер плит.
5	Количество к закупке	Многофункциональный тестер прочности на разрыв – 1 шт.
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг)	Товарно-транспортная накладная, паспорт оборудования, сертификат качества.

Составил:

Начальник лаборатории ЦИиР



Федорова К.А.